



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ &
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

6η Υ.Πε.
Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ <<ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ>>
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1406
ΗΜ/ΝΙΑ: 22/01/2025



Ταχ. Δ/ση : Εθν. Οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας
Περιοχή Κοντόκαλι
Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα
Πληροφορίες : Νίνου Αδαμαντίνη
Τηλέφωνο : 26613 60724
e-mail : a.ninou@gnkerkyras.gr

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Κοιν.: Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής

Θέμα: Ανακοίνωση παρατηρήσεων/σχολίων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αναρτημένης στο ΕΣΗΔΗΣ 1^{ης} Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ »

Σχετ.1: Η υπ' αρ.πρωτ.6699/20-03-2024 Απόφαση κ.Διοικήτριας
Σχετ.2: Το υπ' αριθμ.πρωτ. 1003/16-01-2025 Σχόλια της αριθμ. 2024ΔΙΑΒ29638 Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ανακοινώνει τις Παρατηρήσεις/Σχόλια επί της αναρτημένης στο ΕΣΗΔΗΣ 1^{ης} Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο «Προμήθεια συσκευής Νευροδιεγέρτη και συσκευής θέρμανσης ασθενών για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος» σε εφαρμογή της υπ' αρ.πρωτ. 6699/20-03-2024 Απόφαση κ.Διοικήτριας .

Όλες οι προτάσεις-παρατηρήσεις-σχόλια που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Γ.Ν. Κέρκυρας κατά την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.

Η διαβούλευση διήρκησε για χρονικό διάστημα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης ήτοι από 30/12/2024 έως 14/01/2025.

Η Συντάξασα

Νίνου
Αδαμαντίνη

Ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Προμηθειών

Γεώργιος
Χατζησταργίου

Ο Υποδιευθυντής
Δ/κής Οικονομικής
Υπηρεσίας

Βλάσσης
Στέφανος

Η Δευθύντρια Δ/κής
Οικονομικής Υπηρεσίας

Περρούλη
Αμαλία

**ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.2024ΔΙΑΒ29638 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»**

6η Υ.Πε.

1.Σχόλια εταιρείας Draeger Hellas A.E

Αξιότιμοι κ.κ.,

Σας γνωρίζουμε ότι η Draeger Hellas A.E, θυγατρική της κατασκευαστριας Γερμανικής εταιρείας Drägerwerk AG & Co. KGaA, διαθέτει, συντηρεί και επισκευάζει κατ' αποκλειστικότητα τη σειρά των προϊόντων του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική Αγορά.

Στα πλαίσια της διενέργειας της ως άνω διαβούλευσης, σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ. Ζητούμε την τροποποίηση - βελτιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία θα είναι καθοριστική στη διαγωνιστική διαδικασία και ειδικότερα στην ισόνομη και ισότιμη συμμετοχή των προμηθευτών με εξοπλισμό της ίδιας κατηγορίας, προς όφελος του Νοσοκομείου σας.

ΕΠΙΜΑΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Α/Α.8 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Να παραδοθεί

- Με αισθητήρα χειρός (αντίχειρα) και καλώδια για σύνδεση σε ενήλικες, ειδικό σύστημα συγκράτησης της συσκευής καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σωστή χρήση του.
- Διασύνδεση με το μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων IACS ή με σύστημα εξαγωγής και διασύνδεσης σε HL7.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Να παραδοθεί

- Με αισθητήρα χειρός (αντίχειρα) και καλώδια για σύνδεση σε ενήλικες πολλαπλών χρήσεων, ειδικό σύστημα συγκράτησης της συσκευής καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σωστή χρήση του. Να δέχεται και αισθητήρες μίας χρήσης.
- Διασύνδεση με το μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων IACS ή με σύστημα εξαγωγής και διασύνδεσης σε HL7.

ΣΧΟΛΙΑ - ΛΟΓΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η προτεινόμενη τροποποίηση διασφαλίζει ότι η συσκευή θα μπορεί να δέχεται και αισθητήρες μίας χρήσης, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση της. Οι αισθητήρες μίας χρήσης είναι συχνά απαραίτητοι σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένο επίπεδο υγιεινής ή αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση, ειδικά σε νεογνικά ή ευαίσθητα περιστατικά. Ωστόσο, για συνηθισμένες χρήσεις, οι αισθητήρες πολλαπλών χρήσεων προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς μειώνουν το κόστος αναλώσιμων. Με αυτή την τροποποίηση, επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ οικονομίας και προσαρμοστικότητας, επιτρέποντας τη βέλτιστη χρήση ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε περιστατικού.

Είμαστε στην διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε επιπλέον πληροφορίας ή διευκρίνισης.

Με εκτίμηση,
Για τη Draeger Hellas AE

Παναγιώτης Μαραντέλος
Μηχανικός πωλήσεων
Γραφείο Βορείου Ελλάδος
Ιατρικός Τομέας

2.Σχόλια εταιρείας MEDI-SUP A.E.

Αγαπητοί κύριοι, κυρίες,
Συμμετέχουμε στην ως άνω διαβούλευση και καταθέτουμε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά μας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τα ζητούμενα είδη :

Η εταιρεία μας MEDI-SUP A.E συμφωνεί με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»

Η εταιρεία μας MEDI-SUP A.E. συμφωνεί με τις προδιαγραφές που έχουν αναρτηθεί για το είδος «Κουβέρτα Θέρμανσης ολόσωμη ενηλίκων » και προτείνουμε να προστεθεί εκτιμώμενη δαπάνη :9,00 €/τμχ πλέον ΦΠΑ 24 % ανά κουβέρτα .

Η εταιρεία μας MEDI-SUP A.E. συμφωνεί με τις προδιαγραφές που έχουν αναρτηθεί για το είδος « Κουβέρτα θέρμανσης ενηλίκων άνω σώματος »και προτείνουμε να προστεθεί εκτιμώμενη δαπάνη :9,00 €/τμχ πλέον ΦΠΑ 24 % ανά κουβέρτα .

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία .

Μετά τιμής,
Για τη MEDI-SUP A.E.

Νικήτας Ξ. Δημέας
Διευθυντής Πωλήσεων