

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ(ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ) ΜΕ ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ

- Να είναι απλό στη χρήση του
- Να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα σε λίγο χρόνο
- Η μέτρηση να γίνεται με λήψη τριχοειδικού αίματος
- Μέθοδος μέτρησης: Διχρωματική
- Όγκος δείγματος: 50-60μL
- Χρόνος μέτρησης έως 5sec
- Ακρίβεια:  $\pm 5\%$
- Εύρος μέτρησης: 0-30ng/dL
- Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 99 δειγμάτων
- Να έχει βάρος έως 1Kgr
- Να είναι μικρών διαστάσεων
- Να διαθέτει οθόνη LCD
- Γρήγορη και απλή τοποθέτηση του τριχοειδή σωλήνα στην θέση της μέτρησης
- Να παραδοθεί με τα συνοδευτικά του(συμβατά τριχοειδή)
- Να δίνεται εγγύηση για (2) δύο έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001 & ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04 και η εταιρία να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάση του Π.Δ. 117/2004.
- Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485.
- Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να έχει πλήρες και οργανωμένο τεχνικό τμήμα, με τεχνικό προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο, για την τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού και να καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού στην αντιμετώπιση βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού.